



УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТИ ГЕОРГИ“ ЕАД

4002, Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ 66, Централа: +359 32 264 170, Факс: +359 32 644 058

РЕШЕНИЕ

№ 466

гр. Пловдив, 12.10.2018 год.

Във връзка с Решение №640/12.09.2018 г., протокол №6 на Комисията, назначена със Заповед №143 от 22.02.2018 г. и писма с вх. №7943/18.09.2018 г. и №8709/09.10.2018 г., с които се допизира отказ за сключване на договор след проведената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия – консумативи за нуждите на УМБАЛ Свети Георги ЕАД“, открита с Решение №50/16.01.2018 г., и на основание чл. 108, т. 1 от ЗОП и чл. 22, ал.1, т.6 и т.8 от ЗОП, както и в изпълнение на чл. 106, ал.6 и и чл. 110, ал. 1, т. 4 от ЗОП,

РЕШИХ:

I. ОБЯВЯВАМ класирането за обособена позиция №892 от проведената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия – консумативи за нуждите на УМБАЛ Свети Георги ЕАД“, открита с Решение №50/16.01.2018 г., както следва:

Първо място – „Електро Мед България“ ЕООД

II. ОПРЕДЕЛЯМ за изпълнител по обособена позиция №892 участника „Електро Мед България“ ЕООД.

III. ОТСТРАНЕН е участникът „Титаника 2008“ ЕООД в частта за обособена позиция №892 със следните мотиви:

С протокол №6 Комисията е констатирила несъответствия с предварително обявените условия от възложителя, както следва:

За номенклатурен ред 7, 8, 9, 10, 11 и 12 участникът е предложил изделия с търговско наименование Easy plate/ Easy plate СК NP на производителя Synimed:

- видно от електронния каталог на производителя е, че за едно ниво са налични само 3 дължини плаки - 17 мм; 20 мм и 25 мм. Условие на възложителя е да има наличие на поне 7 различни дължини – 22 мм; 24 мм; 26 мм; 28 мм; 30 мм; 32 мм; 34 мм.;

- видно от електронния каталог на производителя е, че за две нива са налични само 3 дължини плаки - 30 мм; 33 мм и 36 мм. Условие на възложителя е да има наличие на поне 8 различни дължини – 36 мм; 38 мм; 40 мм; 42 мм; 44 мм; 46 мм; 48 мм; 50 мм.;

- видно от електронния каталог на производителя е, че за три нива са налични само 3 дължини плаки – 45 мм; 50 мм; 60 мм. Условие на възложителя е да има наличие на поне 6 различни дължини – 52 мм; 55 мм; 58 мм; 61 мм; 64 мм; 67 мм.;

- видно от електронния каталог на производителя е, че за три нива са налични само 5 дължини плаки - 12 мм; 14 мм; 16 мм; 18 мм; 20 мм. Условие на възложителя е да има наличие на поне 6 различни дължини - 12 мм; 14 мм; 16 мм; 18 мм; 20 мм; 22 мм.

- видно от електронния каталог на производителя е, че заключващите винтове са само с 5 дължини - 12 мм; 14 мм; 16 мм; 18 мм; 20 мм. Условие на възложителя е да има наличие на поне 6 различни дължини - 12 мм; 14 мм; 16 мм; 18 мм; 20 мм; 22 мм.

С оглед на установените несъответствия и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ ЗОП, Комисията правилно е предложила за отстраняване от процедурата „Титаника 2008“ ЕООД в частта за обособена позиция №892.

IV. ПРЕКРАТЯВАМ процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Доставка на медицински изделия – консумативи за нуждите на УМБАЛ Свети Георги ЕАД“**, открита с Решение №50/16.01.2018 г. в частта за обособените позиции, за които участниците, избрани за изпълнители отказват да сключат договор и няма класирани на второ място участници, както следва:

Обособена позиция №77 Доставка на ВОДАЧИ ДИЛАТАЦИОННИ за РТСА Тип В
Обособена позиция №81 Доставка на ВОДАЧИ ДИЛАТАЦИОННИ за РТСА Тип И
Обособена позиция №436 Доставка на СТЕНТОВЕ ПРЕМОНТИРАНИ ЗА КОРОНАРНА АНГИОПЛАСТИКА Тип С4
Обособена позиция №440 Доставка на СТЕНТОВЕ ПРЕМОНТИРАНИ ЗА КОРОНАРНА АНГИОПЛАСТИКА Тип С14
Обособена позиция №443 Доставка на СТЕНТОВЕ ПРЕМОНТИРАНИ ЗА КОРОНАРНА АНГИОПЛАСТИКА Тип С19
Обособена позиция №448 Доставка на СТЕНТОВЕ ПРЕМОНТИРАНИ ЗА КОРОНАРНА АНГИОПЛАСТИКА Тип С24
Обособена позиция №450 Доставка на СТЕНТОВЕ ПРЕМОНТИРАНИ ЗА КОРОНАРНА АНГИОПЛАСТИКА Тип С29
Обособена позиция №451 Доставка на СТЕНТОВЕ ПРЕМОНТИРАНИ ЗА КОРОНАРНА АНГИОПЛАСТИКА Тип С30
Обособена позиция №452 Доставка на СТЕНТОВЕ ПРЕМОНТИРАНИ ЗА КОРОНАРНА АНГИОПЛАСТИКА Тип С31
Обособена позиция №954 Доставка на Плаки и винтове
Обособена позиция №961 Доставка на Компоненти за коляннo протезиране
Обособена позиция №962 Доставка на Комплекти за гръбначна стабилизация
Обособена позиция №963 Доставка на Системи за остеосинтеза

V. НАРЕЖДАМ копие от настоящото решение да се изпрати в 3-дневен срок на участниците в процедурата.

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията с едновременно изпращане на жалба до Възложителя и КЗК в 10-дневен срок от съобщаването му.

Съгласно чл. 43, ал.1 от ЗОП връзката към електронната преписка в профила на купувача, където са публикувани протоколите и окончателните доклади на комисията е <http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20180107qhAN5093169>.

1
Затвено съгласно чл. 4, ал. 2,
т. 5 от ЗЗПА във връзка с
чл. 42, ал. 5 от ЗОП

.....
ПРОФ. Д-Р КАРЕН БРИЯНОВ ДЖАМБАЗОВ, Д.М.

Изпълнителен директор

