




УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТИ ГЕОРГИ“ ЕАД

4002, Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ 66, Централа: +359 32 264 170, Факс: +359 32 644 058

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА



Относно: постъпило запитване от участник по отношение на документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет **„Доставка на медицински изделия – консумативи за нуждите на УМБАЛ Свети Георги ЕАД“**, открита с Решение №874 от 09.11.2018 г.

Уважаеми Г-жи/Г-да,

На основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП, в отговор на постъпило искане за разяснение от участник пояснявам следното:

Въпрос 1:

Моля да посочите как следва да се разбира текстът на раздел VI, б. Б „Техническо предложение“, т.3.:

А. Може да се представи във всички случаи алтернативно само единият от двата документа: декларация за съответствие или ЕС сертификат за оценка на съответствието, дори когато за даденото изделие съществува и такъв сертификат и в оценката е участвал нотифициран орган; или

Б. следва да се представи единствено декларация за съответствие, когато в оценката не е участвал нотифициран орган и единствено ЕС сертификат за оценка на съответствието в случаите, когато в оценката е участвал нотифициран орган (т.е. при наличен ЕС сертификат се представя той, а не декларация за съответствие); или

В. друго тълкуване – моля посочете.

Отговор 1:

Текстът следва да се разбира алтернативно за представяне на двата вида документи:

1. Декларация за съответствие на медицинското изделие по чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителя или неговия упълномощен представител - копие на оригинала и в официален превод на български език (оригинал или ясно четливо копие) **или**

2. ЕС сертификат за оценка на съответствието, когато в оценката е участвал нотифициран орган – копие на оригинала и в официален превод на български език (оригинал или ясно четливо копие);

По желание, участникът може да представи и двата документа.

.....
ПРОФ. Д-Р КАРЕН ДЖАМБАЗОВ, Д.М.

Изпълнителен директор