УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД

4002, Пловдив, бул. „Пещерско шосе" 66, Централа: +359 32 264 170, Факс: +359 32 644 058
e-mail: unihosp-pd@evrocom-.net, web: www.unihosp.com

ДО

.....

УЧАСТНИК В ПРОЦЕДУРАТА,

ОТКРИТА С РЕШЕНИЕ № 726 / 06.11.2014 г.

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Свети Георги" ЕАД
Изх. № 4422/25.11.14г.
ПЛОВДИВ

Относно: постъпило запитване от участник по отношение на обществена поръчка с предмет *„Доставка на нова операционна маса за нуждите на Клиника по неврохирургия при УМБАЛ „Свети Георги" ЕАД, гр. Пловдив"*

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП в отговор на постъпило запитване за разяснение по горепосочената процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, пояснявам следното:

Поставен въпрос:

Ще бъде ли прието като допустимо оферирane на операционна маса, при която най-ниската височина (точка) е в диапазона между 1050 и 1200 мм ?

Пояснение:

Ще бъдат приети за отговарящи на техническата спецификация операционни маси, чиито диапазон на регулиране на височината съответстват на зададените параметри в спецификацията, а така също и такива, които имат по-добри възможности за регулиране на височината. За по-добри характеристики на масата ще се приеме възможността за задаване на по-голяма височина от предвидената в спецификацията, респ. по-малки, при по-голям диапазон, тоест над 440 мм. Не е допустимо оферирането на маса с по-малък диапазон на регулиране на височината от посочения в спецификацията.

Поставен въпрос:

Ще бъде ли прието като допустимо оферирane на операционна маса, при която се допуска надлъжното елкетрохидравлично преместване да бъде в диапазона от 250 до 500 мм?

Пояснение:

Ще бъдат приети за отговарящи на техническата спецификация операционни маси, чиито диапазон на надлъжното елкетрохидравлично преместване съответстват на зададените параметри в спецификацията, а така също и такива, които имат технически преимущества, за каквито ще се приема възможността за по-голямо максимално надлъжно преместване, тоест над 425 мм.

Поставен въпрос:

Ще бъде ли прието като допустимо оферирane на операционна маса, при която за „секция крака" ъгълът на накланяне може да бъде в диапазоните от +30° до 90°, респ. от -90° до -105°?

Пояснение:

Ще бъдат приети за отговарящи на техническата спецификация операционни маси с параметри на „секция крака", които обхващат диапазона, предвиден в техническата спецификация (+30° / - 105°).

Поставен въпрос:

Ще бъде ли прието като допустимо оферирane на операционна маса, при която за „секция глава" ъгълът на накланяне може да бъде в диапазоните от +25° до 45°, респ. от -45° до -90°?

Пояснение:

Ще бъдат приети за отговарящи на техническата спецификация операционни маси с параметри „секция глава", които обхващат диапазона, предвиден в техническата спецификация (+45° / - 90°).

Поставен въпрос:

Ще бъде ли прието като допустимо оферирane на операционна маса, при която за „секция гръб" ъгълът на накланяне може да бъде в диапазоните от +70° до +90°, респ. от -40° до -50°?

Пояснение:

Ще бъдат приети за отговарящи на техническата спецификация операционни маси с параметри „секция гръб", които обхващат диапазона, предвиден в техническата спецификация (+90° / - 40°).

Поставен въпрос:

Ще бъде ли прието като допустимо оферирane на операционна маса с максимална ширина в диапазона от 530 до 550 мм и с обща ширина (със странични релси) в диапазон от 580 до 600 мм ?

Пояснение:

Ще бъдат приети за отговарящи на техническата спецификация операционни маси с максимална ширина, предвидена в техническата спецификация 535 мм (или 590 мм със страничните релси). Няма да бъдат приемани маси, чиято ширина е по-голяма от посочената.

Поставен въпрос:

Ще бъде ли прието като допустимо оферирane на операционна маса с дължина в диапазона от 1950 до 2150 мм?

Пояснение:

Ще бъдат приети за отговарящи на техническата спецификация с дължина в диапазона, предвиден в техническата спецификация от 2120 мм – 2125 мм.

Поставен въпрос:

Ще бъде ли прието като допустимо оферирane на операционна маса с flex (автопозиция) в диапазона от 210° до 230°?

Пояснение:

Ще бъдат приети за отговарящи на техническата спецификация операционни маси, чиято функция flex (автопозиция) съответства на зададените параметри в спецификацията, а така също и маси, които имат по-широк обхват на автопозиция (flex).

Поставен въпрос:

Ще бъде ли прието като допустимо оферирane на операционна маса, която разполага с функция chair (автопозиция) - гръб в диапазона от 70° до 90°, Тренделенбург в диапазона от 20° до 40°, крака в диапазона от 100° до 120°?

Пояснение:

Ще бъдат приети за отговарящи на техническата спецификация операционни маси, чието функции съответстват на зададените параметри в спецификацията, а така също и маси, които имат по- широк обхват на функция chair (автопозиция) - гръб°, Тренделенбург и крака.

Поставен въпрос:

Ще бъде ли прието като допустимо оферирane на операционна маса, която разполага с позициониращ вакуум матрак в диапазона: ширина от 70 до 100 см. и дължина от 190 до 200 см?

Пояснение:

Ако ширината на матрака може да се коригира, е допустимо.

Поставен въпрос:

Ще бъде ли прието като допустимо оферирane на операционна маса, която разполага с позициониращ вакуум матрак в диапазона: ширина от 70 до 100 см. и дължина от 115 до 125 см?

Пояснение:

Ако ширината на матрака може да се коригира, е допустимо.

"Св. Георги" ЕАД ПЛОВДИВ 1

ПРОФ. Д-Р АНГЕЛ УЧИКОВ, Д.М.Н.

За Изпълнителния директор съгласно Решение по протокол №20-А от 05.11.2014 г. на СД и Протокол №РД-16-445 от 21.11.2014 г. на МЗ