

ПРОТОКОЛ № 3

Днес, на 14.10.2019г. в 10.00 часа в административната сграда на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе № 66 се проведе заседание на Комисия, назначена със Заповед № 588 от 12.09.2019г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, определена в състав:

Председател: Момчил Мавров – Зам.-директор „АИВ” и **Членове:** Тенчо Василев – Гл. юрисконсулт и Началник отдел „ПООП”; Христо Петков - специалист ОП в отдел "ПООП", Йордан Жилков - Началник "Отдел медицинска техника" и Владимира Костова - юрисконсулт в отдел "ПООП".

Заседанието беше свикано от председателя на комисията, съгласно определен от него график.

Комисията е назначена от Изпълнителния директор на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите по обществена поръчка с предмет: *„Доставка на задължително минимално оборудване за хистологична лаборатория и токсикохимична лаборатория за нуждите на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, гр. Пловдив“*, открита с Решение № 533 от 14.08.2019г.

I. Комисията продължи работата си с разглеждане на представените технически предложения на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка с предмет: *„Доставка на задължително минимално оборудване за хистологична лаборатория и токсикохимична лаборатория за нуждите на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, гр. Пловдив“*, открита с Решение № 533 от 14.08.2019г.

1. По отношение на офертата на "Аквахим" АД:

След като разгледа техническите предложения на участника и провери за съответствието им с предварително обявените условия, Комисията установи, че участникът е представил всички необходими документи, съгласно изискванията от документацията за участие и приложените образци.

Комисията констатира несъответствия с минималните технически и функционални изисквания от спецификацията на възложителя, както следва:

1. В т. 3 от техническата спецификация за "Криостат за рутинна хистологична работа" възложителят е посочил минимално техническо изискване „LED дисплей за указване на температурата в камерата, реално време, време за размразяване и избор на дебелина на среза". В техническото си предложение участникът е записал, че предложеният от него Криостат за рутинна хистологична работа притежава именно такъв дисплей, но видно от приложените брошури на производителя дисплеят е LCD,

което представлява несъответствие с минималните технически и функционални изисквания от спецификацията на възложителя;

3. В т. 3 от техническата спецификация за "Криостат за рутинна хистологична работа", за Вграден микротом възложителят е посочил минимално техническо изискване „Среда за монтиране на материалите върху масичките, не по-малко от 125 мл". Видно от техническото предложение на участника е, че предложеният от него Вграден микротом е със среда за монтиране на материалите върху масичките **2 x 100 мл.**, което представлява несъответствие с минималните технически и функционални изисквания от спецификацията на възложителя;

С оглед констатираните несъответствия с предварително обявените условия от възложителя и на основание чл.107, т. 2, буква „а“ от ЗОП Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника **"Аквахим" АД.**

2. По отношение на офертата на "Медицинска техника инженеринг" ООД:

След като разгледа техническите предложения на участника и провери за съответствието ѝ с предварително обявените условия, Комисията установи, че участникът е представил всички необходими документи, съгласно изискванията от документацията за участие и приложените образци, както и че не са налице несъответствия с минималните технически и функционални изисквания от спецификацията на възложителя.

3. По отношение на офертата на "Антисел България" ООД:

След като разгледа техническите предложения на участника и провери за съответствието ѝ с предварително обявените условия, Комисията установи, че участникът е представил всички необходими документи, съгласно изискванията от документацията за участие и приложените образци, както и че не са налице несъответствия с минималните технически и функционални изисквания от спецификацията на възложителя.

4. По отношение на офертата на "Елта 90М" ООД:

След като разгледа техническите предложения на участника и провери за съответствието им с предварително обявените условия, Комисията установи, че участникът е представил всички необходими документи, съгласно изискванията от документацията за участие и приложените образци.

Комисията установи, че образецът на Техническо предложение, представен от участника не е попълнен съгласно изискванията на Възложителя.

В т. 1 от образца на Техническото предложение участникът следва да посочи търговско наименование за всеки един от елементите на оборудването. Участникът не е посочил търговско наименование на предлаганите от него медицински изделия.

В т. 7 от образца на Техническото предложение участникът следва да посочи гаранционен срок за всеки един от елементите на оборудването. Участникът е посочил гаранционен срок единствено на ръчен ротационен микротом.

Комисията констатира несъответствия с минималните технически и функционални изисквания от спецификацията на възложителя, както следва:

1. В т. 2 от техническата спецификация за "Автоматичен тъканен процесор (хистокинет)" възложителят е посочил минимално техническо изискване „Избираема температура на парафиновите вани в диапазон не по-малък от 45°C -65°C". Видно от техническото предложение на участника е, че предложените от него Автоматичен тъканен процесор (хистокинет) е с избираема температура на парафиновите вани в диапазон от 50°C -70°C, което представлява несъответствие с минималните технически и функционални изисквания от спецификацията на възложителя;

2. В т. 3 от техническата спецификация за "Криостат за рутинна хистологична работа" възложителят е посочил минимално техническо изискване „LED дисплей за указване на температурата в камерата, реално време, време за размразяване и избор на дебелина на среза". В техническото си предложение участникът е записал, че предложеният от него Криостат за рутинна хистологична работа притежава именно такъв дисплей, но видно от приложените брошури на производителя дисплеят е LCD, което представлява несъответствие с минималните технически и функционални изисквания от спецификацията на възложителя;

3. В т. 3 от техническата спецификация за "Криостат за рутинна хистологична работа", за Вграден микротом възложителят е посочил минимално техническо изискване „Среда за монтиране на материалите върху масичките, не по-малко от 125 мл". Видно от техническото предложение на участника е, че предложеният от него Вграден микротом е със среда за монтиране на материалите върху масичките от 118 мл, което представлява несъответствие с минималните технически и функционални изисквания от спецификацията на възложителя;

С оглед констатираните несъответствия с предварително обявените условия от възложителя и на основание чл.107, т. 2, буква „а“ от ЗОП Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника **"Елта 90М" ООД**.

В настоящото заседание Комисията приключи работата си по разглеждане на представените технически предложения на участниците, като в следващото си

заседание Комисията ще отвори ценовите предложения на допуснатите участници, за което ще бъде публикувано съобщение на профила на купувача.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.....

Затвено на
основание чл. 2,
ал. 2, т. 5 от ЗЗП

ЧЛЕНОВЕ:

.....

.....

.....

