

Техническа спецификация на Ендоскопска система

I. Видеогастроскоп

1. Зрително поле 140°
2. Фокусна Дистанция - 4-100мм
3. Диаметър на инсертна тръба - до 9,8
4. Диаметър инструментален канал - до 2,8мм
5. Движение Горѐ/Долу - 210°/120°
6. Движение Ляво/Дясно- 210°/120°
7. Работна Дължина 1050мм
8. Тотална Дължина 1350мм
9. Water Jet Канал

II. Видеоколоноскоп

1. Зрително поле 140°
2. Фокусна Дистанция - 3-100мм
3. Диаметър на инсертна тръба - до 13,2
4. Диаметър инструментален канал - до 4,2мм
5. Движение Горѐ/Долу - 180°/180°
6. Движение Ляво/Дясно- 160°/160°
7. Работна Дължина 1700мм
8. Тотална Дължина 2023мм
9. Water Jet Канал

III. Видеопроцесор –HD

1. Интегриран модул – процесор и светлинен източник
2. Система за изобразяване –HD/DVI-D(1920 x 1080i)
3. Да има налична вградена инсуфлационна помпа

IV. Хирургичен монитор

1. Размер – 21"
2. Хоризонтален ъгъл на визуализиране - 170°
3. Вертикален ъгъл на визуализиране - 170°
4. Конектори за входен видео сигнал – SDI BNC ; S-video BNC: S-Video DIN-4;RGBS-VGA

V. Ендоскопска количка

1. Основна носеща рама
2. Рафтове с дръжки – 2бр.
3. Хенгер за ендоскоп
4. Заклучващи се колела – 4бр.
5. Наличие на разклонител за захранване на апаратурата