



УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТИ ГЕОРГИ“ ЕАД

4002, Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ 66, Централна: +359 32 264 170, Факс: +359 32 644 058

Изх. №2434 от 20.07.2016г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Относно: постъпило запитване от участник по отношение на документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет **„Доставка, монтаж и пуск на система за автоматично диспенсирание на радиофармацевтици за работа с позитронно-емисионен томограф (PET-CT) в УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД“ гр. Пловдив**”, открита с решение №474 от дата 06.07.2016 г.

Уважаеми Г-жи/Г-да,

На основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП, в отговор на постъпило искане за разяснение от участника пояснявам следното:

Въпрос №1: В документацията и проекта на договор е указано, че плащането ще бъде извършено „по банков път, при условие на разсрочено плащане на 6 месечни вноски, ...“. Моля да потвърдите, че Възложителят има предвид „6 равни месечни вноски“.

Отговор №1: Плащането на цената ще се извършва на база възлагателно писмо, двустранно подписана приемо-предавателна форма и фактура(-и), по банков път, при условие на разсрочено плащане на 6 месечни вноски, които започват да се изплащат в срок до 60 дни от датата на издаване на фактурата и съставянето на приемо-предавателната форма.

Въпрос №2: Моля да уточните изисква ли Възложителят доставка на фабрично ново оборудване?

Отговор №2: Възложителят не е поставял условие оборудването, предмет на поръчката да е фабрично ново.

Въпрос №3: Моля да уточните ще приеме ли Възложителят предложение за напълно автоматична система, след като тя няма да притежава част от включените в техническата спецификация елементи, характерни за частично автоматизираните апарати като например липса на предна врата с панел със защитни ръкавици за извършване на всички дейности по подготовката?

Отговор №3: Минималните технически изисквания на система за автоматично диспенсиране на радиофармацевтици за работа с позитронно-емисионен томограф (PET-CT) са посочени от възложителя в техническата спецификация на обществената поръчка, с която потенциалните участници следва да съобразят предложенията си. Предложения, надвишаващи минималните изисквания на техническата спецификация, т.е. такива с по-добри параметри от заложените в техническата спецификация, включително представящи и по-добра технология ще бъдат допускани до участие в процедурата.

.....П.....

ПРОФ. Д-Р КАРЕН БРИЯНОВ ДЖАМБАЗОВ, Д.М.

Изпълнителен директор на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив